

QP019-04

编号: CP-X260801

苏州市仲景生命科技有限公司

成品检验报告

生产批号: 260902 生产期: 2026.09.12 有效期: 2029.09.11

规格: $\Phi 1.2\text{mm}$ 数量: 3 万粒

品名: 穴位压力刺激贴

测试项目	标准条款	技术要求	检验结果	单项结论
基本尺寸	2.1	直径: $1.2 \pm 10\% \text{mm}$	直径: 1.2mm	合格
外观	2.2	表面应光洁, 无伤痕、裂纹、污点等外来杂物。	符合	合格
剥离强度	2.3	穴位压力刺激贴的剥离强度为每 1cm 宽度所需的力应不小于 0.5N。	1.8N	合格
持粘性	2.4	穴外压力刺激贴的持粘性应良好, 在烘箱内试验期间, 贴于不锈钢板上粘贴胶带的顶端下滑应不超过 2.5mm。	0.1mm	合格

结论: 合格

报告日期: 2026.09.13

检验员: 张玉兰

审核: 熊大霖

