CYBERTCM®

出口品质
一次性无菌揿针

出口品质 品质保证 资质齐全 可开发票



产品信息

产品名称：CYBERTCM一次性无菌揿针

规格：36贴/盒(双层胶布)

材质：06Cr19Ni10/奥氏体不锈钢

灭菌方式：环氧乙烷

适用范围：供临床中医针灸疗法使用

使用方法：将针和胶布一起从板上取下放在所需部位，将针扎入皮肤后将胶布抚平即可

注：本品为一次性使用产品，灭菌有效期3年

医疗器械注册证编号：苏械注准:20182201762



揿针尺寸
0.22*0.9mm
0.22*1.1mm
0.22*1.5mm
(ps:0.22代表针尖的直径)

揿针产品优势

出口品质 正品保证



针尖圆润 入皮迅速

针尖锋利 痛感小 质量保证



一撕即用 透气亲肤

采用低致敏“无纺布”医用胶布，便捷卫生，安全使用



使用场景





正品保证 品质信赖

全资质为您保驾护航



中华人民共和国
医疗器械注册证

注册证编号：苏械注准 20182201762

注册人名称	苏州市仲景生命科技有限公司
注册人住所	苏州市吴江区松陵镇八坼社区联华路 197 号
生产地址	苏州市吴江区松陵镇八坼社区联华路 197 号
代理人名称	（进口体外诊断试剂适用）
代理人住所	（进口体外诊断试剂适用）
产品名称	掀针
型号，规格	见规格/型号附件
结构及组成	掀针由不锈钢丝制成，掀针针体以 GB/T 4240-2009 中所规定的 06Cr19Ni10 不锈钢丝制成，按针体直径、长度不同分为 32 个规格，按针柄型式分为 A 型掀针和 B 型掀针。产品以无菌和非无菌两种状态提供，无菌产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。非无菌产品使用前应进行严格的消毒处理。
适用范围	供临床中医针灸疗法用。
附 件	产品技术要求
其他内容	
备 注	

—1—



Certificate

Quality Management System
EN ISO 13485:2016

Registration No.	SX 2016964-1
Certificate Holder	Suzhou Zhongjing Life & Science Technology Co., Ltd. No. 197 Lianhua Road, Songling Town, Wujiang District, Suzhou City, 215222 Jiangsu P.R. China
Scope	Design and Development, Manufacture and Distribution of Sterile Acupuncture Needles for Single Use

The Certification Body of TÜV Rheinland LGA Products GmbH certifies that the organization has established and applies a quality management system for medical devices.
Proof has been furnished that the requirements specified in the abovementioned standard are fulfilled. The quality management system is subject to yearly surveillance.

Report No.	244470173-200
Effective date	2023-05-09
Expiry date	2025-04-17
Issue date	2023-05-09

Replaces certificate SX 2016964-1 issued 2022-05-16

Herbert Zhong
TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystraße 2 · 90431 Nürnberg · Germany

DAkkS
TÜVRheinland®
Precisely Right.

产品实拍

出口品质 正品保证




CYBERTECH
STERILE EO
Press Needle
CE 0197



注意事项

- 针灸治疗时应注意室内保暖，尤其在冬季应避寒冷与风口。夏季针灸时应回避风扇直接吹针刺部位
- 头、目等部位应注意针孔的按压。针灸后如有出血现象,应即用消毒棉球适度按压出血点止血，切勿揉按，以防掺血和感染!对于留针时间较长的出针后亦应按压针孔。
- 施针过程中，如某些刺法需要触及针体时，应当用消毒棉球作间隔物，术者手指不宜直接接触针体

  在正常使用的情况下，针灸针刺入人体，会给病人带来疼痛、酸麻等不适的感觉，这是针灸疗法固有的特征，每人只是程度上有所不同，毋须紧张。
- 有时个别病人会出现晕针、滞针或弯针等意外情况。出现晕针时，应立即将针取出，并用针刺人中，使其苏醒留针期间病人不得随意、突然变动体位或运动，避免肌肉强力收缩，防止发生滞针、弯针或断针。出现弯针或滞针现象时，切忌硬拔，以防断针。
- 废针处理按照医疗垃圾管理办法。

警告

针灸治疗时，应严格遵守针灸技术操作规范的要求，以防止使用不当发生异常情况。进行电针疗法时，可能会在电脉冲的电解作用下针体出现腐蚀剥蚀二发生断针意外事故，应规范操作，并控制电针时间，以降低风险。

禁止

揿针供专业针灸医师使用,一般为选穴施术可根据需要选择相应的穴位为针刺部位,但需注意针刺的禁忌:

a)饥饿、饱食、醉酒、大怒、大惊、过度疲劳、精神紧张者,不宜立即进行针刺;体质虚弱,气血亏损者,其针感不宜过重,应尽量采取卧位行针。

b)针刺时应避开大血管输穴深部有脏器时应掌握针刺深度切不可伤及脏器

c)小儿凶门未闭合者,门附近的喻穴不宜针刺。由于小儿不易配合,建议一般不留针

d)孕妇不宜刺下腹部、腰部以及三阴交、合谷、至阴等对胎孕反应敏感的喻穴。

e)皮肤有破损和感染、溃疡、癥痕或肿瘤部位,除特殊治疗需要外均不应在患部直接针束f)有凝血机制障碍的患者,应禁止针刺。

g)心脏附近、安装心脏起博器者、颈动脉窦附近禁止电针。电针疗法时,禁止电流直接流过心脏如不允许左右上肢的两个六位同时接受一路输出治疗

购买须知

1.请仔细阅读产品说明书禁忌内容、注意事项等内容或在医务人员指导下购买和使用，将产品置于儿童无法触及位置。

2.因厂家不定期调整商品信息，本店说明书可能会产生与实际说明书有 顶部的情况，最终版本请以实际说明书为准。

3.产品展示的生产日期、有效期、批号、医疗器械准字号、生产标准、产品外包装等仅为展示产品包装，实际数据以收到的产品为准。