CYBERTCM®

出口品质
一次性使用无菌揿针

战地耳针

出口品质 品质保证
资质齐全 可开发票



CE FDA QMS

美国空军“镇痛”五穴


Omega
欧米茄2
Shen Men
神门
Point Zero
耳中
Thalamus
丘脑
Cingulate Gyrus
扣带回

中西合一 耳针新穴特点

微感型经络人 适应症广 设计简单
效果显著 安全可靠 简单易学









美国空军部署战地针灸

美联社说，早在越战时期，美军就发现越南医生使用针灸，于是让越南医生为美军治病，一名美国军医学会针灸，成为第一个懂的针灸的美国军医，这名军医后来在美国（安德鲁空军基地）成立针灸诊所

2001年起，美国国防部主持和从空军开始，在美国军队开展了长期多次的中医针灸的规模临床试验，效果十分显著

2008年夏天，美国军方就发布了新闻公报说：在德国的美军和北约军事基地过去多年多次的针灸科研试验。

2011年部署到伊拉克和阿富汗等前线。该项工作部署叫“战地针灸”（Battlefield Acupuncture）.

美军采用的耳针疗法，舆山东大学张颖清教授在美国等地介绍的耳穴科研道理几乎一模一样。

产品信息
让您对它更了解



产品品牌：CYBERTCM

产品名称：一次性使用无菌揿针B型（战地耳针）

颜色：金色、银色

重量：0.12kg

规格：100支/盒

灭菌方法：环氧乙烷

本品是中医理疗器械产品，建议专业人士使用。

原理：耳针是指使用短豪针针刺或其他方式刺激耳穴的一种针

主要作用：美容养生 缓解疼痛

注意事项：1. 包装破裂下请勿使用　2.请保存在干爽适温环境下

出口美国 资质齐全

全资质为您保驾护航



中华人民共和国
医疗器械注册证

注册证编号：苏械注准 20182201762

注册人名称	苏州市仲景生命科技有限公司
注册人住所	苏州市吴江区松陵镇八坼社区联华路 197 号
生产地址	苏州市吴江区松陵镇八坼社区联华路 197 号
代理人名称	（进口体外诊断试剂适用）
代理人住所	（进口体外诊断试剂适用）
产品名称	缝针
型号、规格	见规格/型号附件
结构及组成	缝针由不锈钢丝制成。缝针针体以 GB/T 4240-2009 中所规定的 06Cr19Ni10 不锈钢丝制成。按针体直径、长度不同分为 32 个规格。按针制型式分为 A 型缝针和 B 型缝针。产品以无菌和非无菌两种状态提供。无菌产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。非无菌产品使用前应进行产品的消毒处理。
适用范围	供临床中医针灸疗法用。
附 件	产品技术要求
其他内容	
备 注	

—1—



医疗器械产品技术要求

医疗器械产品技术要求编号：

产品名称：缝针

1. 产品型号/规格及其划分说明

1.1 缝针分为缝针（无菌）和缝针（未无菌）两种。

1.2 缝针按针柄型式分为 A 型缝针和 B 型缝针二种。

1.3 缝针应以 GB/T 4240-2009 中规定的 06Cr19Ni10 不锈钢丝制成。

1.4 缝针的规格为针体的直径×长度表示。

1.5 缝针的型式和基本尺寸应符合图 1、图 2 和表 1、表 2 的规定。

图 1 A 型缝针的型式图

图 2 B 型缝针的型式图

表 1 A 型缝针基本尺寸表 单位：mm

规格	d		D		L	
	基本尺寸	极限偏差	基本尺寸	极限偏差	基本尺寸	极限偏差
0.22×6.6	0.22	±0.013	Φ2.0	±0.20	6.6	±0.30
0.22×6.9	0.22		Φ2.3		6.9	
0.22×7.1	0.22				7.1	
0.24×7.2	0.24	±0.014	Φ2.6		7.2	
0.24×7.3	0.24				7.3	
0.24×7.5	0.24				7.5	
0.24×7.9	0.24				7.9	
0.22×8.1	0.22	±0.013			8.1	
0.22×8.2	0.22				8.2	
0.22×8.3	0.22				8.3	
0.22×8.7	0.22				8.7	

使用方法



1. 取出本产品



2、取出透析纸包装耳针，手握塑料手柄即可使用；



3. 针尖处对准所需刺激的耳部穴位，用力下压



4. 用赠送的防水胶布贴住扎针的部位

产品实拍

出口品质 正品保证




CYBERTCM
揿针(B型) Semi Permanent P
一次性使用无菌揿针-战地
Disposable sterile ear acupunture n
CE 0197
STERILE EO



注意事项

1、一次性无菌耳穴用揿针只限专业医务人员使用，切勿用于治疗耳穴疗法不涵盖的疾病；

2、治疗孕妇、血友病患者或服用抗凝剂的患者时应特别注意；

3、切勿治疗有瓣膜假体的患者、切勿给需针刺部位皮肤感染者使用；

4、一次性无菌耳穴用揿针为一次性使用产品，在少数情况下，用金耳针穿刺后可能会出现黑点，如果针刺点突

然疼痛或发炎，请及时联系专业医务人员；

5、一次性无菌耳穴用揿针采用环氧乙烷方法灭菌。

6、一次性无菌耳穴用揿针启封后即可使用，不准重复使用，以防止交叉感染，包装破损严禁使用。

7、如发现一次性无菌耳穴用揿针生锈、针灸有倒钩及毛刺的不能使用。

8、一次性无菌耳穴用揿针贮存于相对湿度不大于80%，无腐蚀气体和通风良好的室内。

9、一次性无菌耳穴用揿针有效期为两年，超过使用限期不得使用。